



AS COMPLICAÇÕES EM CATETER PARA HEMODIÁLISE

JOÃO VISCONDE DIAS PERIERA; MARISLEI ESPINDULA BRASILEIRO
jvpereiraceen@gmail.com

Objetivo: Avaliar a frequência de complicações imediatas (CI) relacionadas à inserção de cateteres duplo-lúmen (CDL) para hemodiálise e identificar fatores de risco. **Método:** Revisão de literatura baseada em artigos publicados na Bireme, Lilacs, Scielo entre outros. **Resultados:** As CIs mais frequentes foram: punção arterial, hematoma e incapacidade de puncionar veia ou progredir o fio-guia. **Conclusão:** Apesar da alta taxa de CI durante inserção de CDL para hemodiálise, a maioria foi autolimitada e de pouca gravidade.

Palavras-chave: Cateter Implantável. Diálise Renal. Fatores De Risco